



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

CLARIFICARE SEAP

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă de către un operator economic, cu privire la anunțul de participare nr. 168524/26.05.2016, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1:

Referitor la cerința din caietul de sarcini, la punctul 4.7.16.2.1, (defibrilator în condiții hiperbarice) rezistența în condiții hiperbare-certificat până la o presiune de minim 5bar/6ATA.

Va rugăm sa clarificați specificația solicitată prin acceptarea unei presiuni de 2bar/3ATA având în vedere ca în momentul de față producătorii de defibrilatoare care pot fi utilizate în condiții hiperbare clasificate ca dispozitiv medical clasa IIb, le certifică la o utilizare de până la 2 bar/3ATA.

Răspuns: Se acceptă defibrilator cu presiunea de lucru de minim presiune de 2bar/3ATA.

Cu deosebită stimă,


(Î) INSPECTOR GENERAL
General de brigadă
Dr. Ovidiu VASILICĂ

NESECRET

Pagina 1 din 1