



INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ

CLARIFICARE SEAP

Ca urmare a solicitării de clarificare transmisă de către un operator economic, cu privire la anunțul de participare nr. 168524/26.05.2016, vă comunicăm următoarele:

Întrebare 1:

În specificația tehnică - „Autospecială pentru tratamente hiperbarice și oxigeno-terapie” pct. 4.7.16.2.1 (Defibrilator în condiții hiperbarice), se precizează:

Rezistența în condiții hiperbarice – certificate până la o presiune de minim 5bar/6ATA.

Având în vedere că, până în momentul de față, nu există pe piață de profil defibrilatoare certificate a fi utilizate în mediul hiperbaric până la presiunea de minim 5 bar/6ATA, producătorii de defibrilatoare certificând aceste echipamente medicale până la presiunea de maxim 2- 3 bar/ 3-4 ATA, vă rugăm sa aveți amabilitatea de a accepta ofertarea de soluții care să se încadreze în clasa IIb, tip BF și certificate pentru mediul hiperbaric la o presiune de maxim 2-3bar/5-6ATA.

Răspuns: Se acceptă defibrilator cu presiunea de lucru de minim presiune de 2bar/3ATA.

Cu deosebită stimă,

(Î) INSPECTOR GENERAL

General de brigadă

Dr. Ovidiu VASILICĂ